

UTU – Udelar – UTEC Tecnólogo Químico	Práctico Nº 3 Formulario de registro de Calificación Operacional de Balanza analítica	QA II
		Sede Buceo-FQ
		Vigencia. 3/2025
		Versión. 1

1. CLASIFICACIÓN DE LA BALANZA.

DATOS BALANZA	
Identificación	
Marca	
Modelo	
Capacidad Máxima	
División de indicación (d)	
Ajuste de nivel	
Limpieza	
Clasificación	
Número de divisiones de verificación (n)	
Capacidad Mínima	

2. ENSAYO DE REPETIBILIDAD.

DATOS DE LA PESA	
VALOR NOMINAL	200 g
CLASE PESA	


Nº Medida	LECTURAS ANALISTA 1(g)	LECTURAS ANALISTA 2 (g)	LECTURAS ANALISTA 3
1			
2			
3			
4			
5			
Diferencia (V _{máx} -V _{mín}) (g)			
Desviación estándar (g)			

EVALUACIÓN DEL ENSAYO	CUMPLE	NO CUMPLE
------------------------------	--------	-----------

UTU – Udelar – UTEC Tecnólogo Químico	Práctico Nº 3 Formulario de registro de Calificación Operacional de Balanza analítica	QA II
		Sede Buceo-FQ
		Vigencia. 3/2025
		Versión. 1

3. ENSAYO DE EXCENRICIDAD.

DATOS DE LA PESA	
VALOR NOMINAL	10 g ó 100 g
CLASE PESA	



ANALISTA 1		
Posición plato	Masa (g)	Diferencia con masa referencia (g)
1		
2		
3		
4		
5		
1		
ANALISTA 2		
Posición plato	Masa (g)	Diferencia con masa referencia (g)
1		
2		
3		
4		
5		
1		
ANALISTA 3		
Posición plato	Masa (g)	Diferencia con masa referencia (g)
1		
2		
3		
4		
5		
1		

UTU – UdelaR – UTEC Tecnólogo Químico	Práctico Nº 3 Formulario de registro de Calificación Operacional de Balanza analítica	QA II
		Sede Buceo-FQ
		Vigencia. 3/2025
		Versión. 1

EVALUACIÓN DEL ENSAYO	CUMPLE	NO CUMPLE
----------------------------------	--------	-----------

Elaborado por:	TQ Martín Regina
Revisado por:	Dr Pablo Buccino